



	DIN EN 60601-1 Berichtigung 2 (VDE 0750-1 Berichtigung 2)	
	Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Durchführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der „etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.	

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm einen Hinweis auf diese Berichtigung zu machen.

ICS 11.040.01

**Medizinische elektrische Geräte –
Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale (IEC 60601-1:2005);
Deutsche Fassung EN 60601-1:2006,
Berichtigung zu **DIN EN 60601-1 (VDE 0750-1):2007-07**;
Deutsche Fassung CENELEC-Cor.:2010 zu EN 60601-1:2006**

Medical electrical equipment –
Part 1: General requirements for basic safety and essential performance (IEC 60601-1:2005);
German version EN 60601-1:2006,
Corrigendum to DIN EN 60601-1 (VDE 0750-1):2007-07;
German version CENELEC-Cor.:2010 to EN 60601-1:2006

Appareils électromédicaux –
Partie-1: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles
(CEI 60601-1:2005);
Version allemande EN 60601-1:2006,
Corrigendum à DIN EN 60601-1 (VDE 0750-1):2007-07;
Version allemande CENELEC-Cor.:2010 à la EN 60601-1:2006

Gesamtumfang 2 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

DIN EN 60601-1 Ber 2 (VDE 0750-1 Ber 2):2010-05

Für diese Berichtigung ist das nationale Arbeitsgremium UK 811.1 „Überarbeitung und Anpassung der allgemeinen Bestimmungen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig.

In

DIN EN 60601-1 (VDE 0750-1):2007-07

sind aufgrund der europäischen Berichtigung (CENELEC-Corrigendum März 2010 zu EN 60601-1:2006) folgende Korrekturen vorzunehmen:

Vorwort

Das folgende Datum für die Zurückziehung ist hinzuzufügen: 2012-06-01.

Folgende Sätze sind zu streichen:

Jedoch bleibt **EN 60335-1:1994** weiterhin gültig, bis sämtliche Teil 2, die in Verbindung mit dieser Norm angewendet werden, zurückgezogen sind. Aus diesem Grunde wurde kein Datum für die Zurückziehung entgegenstehender nationaler Normen (dow) festgelegt. Wenn jedoch Teil 1 für Geräte angewendet wird, die nicht in einem Teil 2 behandelt werden, darf EN 60601-1:1990 nicht mehr nach 2009-09-12 angewendet werden.

Konsequenterweise muss der zweite Absatz in „Beginn der Gültigkeit“ gelöscht werden.